

MEYRA GmbHKleiststraße 49
32547 Porta Westfalica
(Hersteller/Manufacturer/Fabricant)**Single registration number: DE-MF-000005780**

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt und seine Optionen
declares, solely responsible, that the medical device and its options
declare, en toute responsabilité, que le dispositif médical et ses options

Modellnummer: 1.064**Modellname: Micro Elektromobil****BASIC UDI-DI: 40327662920383**

allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
mit deren Änderungen entspricht.

meets all requirements of the EC-Regulation 2017/745 and directive 2011/65/EU (RoHS)
with their amendments.

remplit toutes les exigences du règlement EC 2017/745 et de la directive 2011/65/EU (RoHS)
avec leurs amendements.

Die Klassifizierung in Klasse I erfolgte nach Anhang VIII Regel 1,13 der Verordnung.

The product is classified in class I according to annex VIII rule 1,13 of the EC-Regulation.

Le produit est classé dans la classe I selon le annexe VIII règle 1,13 de la EC-règlement

Zweckbestimmung/intended purpose/Utilisation prévue :

Micro Elektromobil zur Verbesserung der selbstständigen Mobilität in Innenräumen sowie dem
Wohnumfeld (Wohnung, Einkaufszentren, Kliniken und Pflegeeinrichtungen)

Micro electric vehicle to improve independent mobility indoors and in the living environment
(apartment, shopping malls, clinics and care facilities)

Micro véhicule électrique pour améliorer la mobilité autonome à l'intérieur et dans le cadre de
vie (appartement, centres commerciaux, cliniques et établissements de soins)

Eine entsprechende technische Dokumentation wird zur Einsicht bereitgehalten.

A corresponding technical documentation is available for examination.

Une documentation technique s'y rapportant est tenue à disposition pour prise de
connaissance.

Porta Westfalica, den 14.10.2024

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date



Ralf Rütten

Geschäftsleitung/ Management/ Direction